

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das nachfolgend bezeichnete Produkt wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in
Übereinstimmung mit den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien und Normen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder einer nicht bestimmungsgemäßen
Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

<i>Produktbezeichnung:</i>	Laborzentrifuge
<i>Produkttyp:</i>	Sigma 1-16K
<i>Bestellnummer:</i>	10030, 10031, 10032, 10033, 10046, 10047, 10048
<i>Richtlinien:</i>	2006/42/EG Maschinenrichtlinie 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU EMV-Richtlinie (EU) 2015/863 RoHS-Richtlinie
<i>Normen:</i>	EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-011:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61326-1:2013

<p>Sigma Laborzentrifugen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode</p>	<p>CE-Dokumentationsbeauftragter: Eckhard Tödteberg</p>
<p>Osterode, 07.04.2020</p>	
	
<p>Geschäftsführer</p>	

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das nachfolgend bezeichnete Produkt wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in
Übereinstimmung mit den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien und Normen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder einer nicht bestimmungsgemäßen
Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

<i>Produktbezeichnung:</i>	Laborzentrifuge
<i>Produkttyp:</i>	Sigma 1-16K IVD
<i>Bestellnummer:</i>	10040, 10041, 10042, 10052, 10053, 10054
<i>Richtlinien:</i>	98/79/EG In vitro Diagnostica (EU) 2015/863 RoHS-Richtlinie
<i>Normen:</i>	EN 61010-2-101:2017 EN 61010-2-020:2017 EN 61010-2-011:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61326-1:2013

<p>Sigma Laborzentrifugen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode</p> <p>Osterode, 07.04.2020</p> <p><i>Michael Sander</i> Geschäftsführer</p>	<p>CE-Dokumentationsbeauftragter: Eckhard Tödteberg</p>
--	---